

Analiza kože in svetovanje v kozmetičnem salonu

vlažnost, sebum, melanin/eritem

Skin Diagnostic SD 202

- ✿ v osnovi opremljena z merilnikom vlažnosti, sebuma in melanina/eritema
- ✿ dodatne sonde (pH-vrednost, indeks TEWL) je mogoče na napravo priključiti na zahtevo
- ✿ prikaz rezultatov na zaslonu
- ✿ po želji je mogoče opraviti analizo tipa kože in tveganja pri obravnavi z laserjem na računalniku s posebno programsko opremo Dermacheck 3000

SD 202 je lahka, prenosna in prilagodljiva naprava, ki deluje na baterije in je preprosta za uporabo. Mogoča je uporaba pri neposredni prodaji, v kozmetičnih in frizerskih salonih, pri dermatologu ali v lekarni, saj boste lažje pritegnili stranke in pospešili prodajo kozmetičnih izdelkov.

Obrnite se na nas za naše posebne dodatke za prenašanje.



Tehnični podatki:
Napajanje: baterija (9 V); mere: 15 x 14 x 4,5 cm, teža: 0,5 kg; načelo merjenja:
vlažnost: kapacitivnost (lestvica 0-99), sebum: fotometrično (lestvica 0-99),
melanin/eritem: absorpcija/odboj (lestvica 0-99),
pH-vrednost: steklena elektroda (pH-vrednost na eno decimalno natančno),
indeks TEWL: meritev pretoka vode z odprto komoro (lestvica 0-20)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.